



# PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE

48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00; fax 77 435 29 89; e-mail: pans@pans.nysa.pl

Nysa, 22.06.2023 r.

## **Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty nr ZO 28/2023 – Dostawa sprzętu do laboratorium chemicznego.

Poniżej zamieszczamy pytanie dotyczące treści Zaproszenia do złożenia oferty, otrzymane od Wykonawcy wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem.

### **Pytanie:**

Dotyczy Części 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie spektrofotometru z szerokością spektralną szczeliny wynoszącą 5 nm w całym zakresie pracy?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostawę spektrofotometru z szerokością spektralną szczeliny wynoszącą 5 nm w całym zakresie pracy.

Pozostałe wymagane parametry zgodne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia .

**Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.**

W imieniu Zamawiającego  
**KANCLERZ**

***mgr Zbigniew Szlempo***