



Nysa, 26.06.2023 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty nr ZO 28/2023 – Dostawa sprzętu do laboratorium chemicznego.

Poniżej zamieszczamy pytanie dotyczące treści Zaproszenia do złożenia oferty, otrzymane od Wykonawcy wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem.

Pytanie:

Dotyczy Części 5 pozycja 1 – wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zasilacza 15 V / 1A do wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego jednocześnie spełniającego wszystkie pozostałe parametry ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zasilacz 15V/1A do wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego jednocześnie spełniającego wszystkie pozostałe parametry.

Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

mgr Zbigniew Szlempo